ARmedical®
HomeCare Line

# LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

## ROLLATORI UN STAIGĀŠANAS RĀMJI

| | | | |
|---|---|---|---|
| AR-005<br>CLASSIC<br>Rollators ar četiem riteņiem, tērauda | | AR-006<br>PRESTIGE<br>Rollators ar četiem riteņiem, alumīnija | |
| AR-007<br>DYNAMIC<br>Rollators ar četiem riteņiem, alumīnija | | AR-022<br>COMFORT<br>Rollators ar četiem riteņiem, alumīnija | |
| AR-021<br>DELUXE<br>Staigāšanas rāmis ar diviem riteņiem | | AR-020<br>STANDARD<br>Staigāšanas rāmis ar diviem riteņiem | |

**ARMEDICAL Sp. z o.o.**
al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska
tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111
www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl

MD CE

Ražotāja lietošanas instrukcijas 5. izdevuma (28.04.2023) tulkojums. Uzņēmums Harbinger Medical SIA (kontaktinformācija un katalogs pieejami vietnē www.ortoteka.lv) pārtulkoja tekstu 14.10.2023 no poļu valodas ar Eiropas Komisijas mašīntulkošanas rīka eTranslate palīdzību. Par autentisku uzskatīt tikai oriģinālo dokumentu, kas pievienots pēc tulkojuma. Atšķirības starp tekstu latviešu valodā un oriģinālu saistīti tikai ar nepieciešamību pielāgot dokumentu Latvijas tirgus prasībām.

# LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

*Dāmas un kungi,*
*Paldies, ka iegādājāties mūsu produktu, mēs novērtējam uzticību, ko esat mums devis. Mēs esam darījuši visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka mūsu aprīkojums atbilst Jūsu vēlmēm, mēs ceram, ka tas būs ievērojami vieglāk, lai Jūs varētu pārvietoties mājās, kā arī ikdienas pastaigās. Pirms lietošanas, lūdzu, izlasiet šo lietošanas instrukciju. Ir absolūti nepieciešams ievērot noteikumus par lietošanas drošību. Lūdzu, saglabājiet šo instrukciju.*

**Produkta mērķis**
Rollatori un staigāšanas rāmji (turpmāk – tehniskais palīglīdzeklis) ir palīgaprīkojums un rehabilitācijas aprīkojums, kas paredzēts cilvēkiem ar kustību traucējumiem ar balsta un kustību aparāta traucējumiem, ar vertikalizācijas problēmām vai problēmām ar līdzsvara uzturēšanu staigāšanas laikā. To izmanto arī, lai saglabātu līdzsvaru, mācoties staigāt pēc slimības vai traumas.

**Kontrindikācijas**
Kontrindikācijas vertikalizācijai, ievainojumiem un augšējo ekstremitāšu disfunkcijām, kas novērš atbalstu, traucētu motora koordināciju, problēmas ar labirintu, mugurkaula nestabilitāti.

**Parametri**
Maksimālais pacienta svars, kas nodrošina atbalsta drošu lietošanu — **136 kg**
Maksimālā pieļaujamā slodze iepirkumu grozā vai somā — **5 kg**

**Piezīmes un brīdinājumi**
Lai izvairītos no negadījuma, lūdzu:
1. Pārliecinieties, ka visi tehniskā palīglīdzekļa elementi (7) ir veseli, nav salauzt vai bojāti (piemēram, transportēšanas laikā)
2. Pārliecinieties, ka abi rokturi (1) ir iestatīti vienā augstumā
3. Pārliecinieties, ka rokturi (1) ir cieši piestiprināti vai pieskrūvēti un ka nevar viegli noņemt.
4. Pārliecinieties, ka tehniskajam palīglīdzeklim ir visi četri riteņi (5 un 8), AR-020 – 2 riteņi.
5. Pārliecinieties, ka riteņi ir stingri pieskrūvēti (5 un 8).
6. Pārliecinieties, ka visi tehniskā palīglīdzekļa rāmja elementi ir cieši savienoti (7).
7. Pārliecinieties, ka tehniskais palīglīdzeklis ir pilnībā samontēts.
8. Nesāciet tehniskā palīglīdzekļa lietošanu uz virsmas, kura ir slidena, piemēram, ja ir ledus vai izlijis šķidrums.
9. **Rollatori, ieskaitot AR-022, nevar aizvietot ratiņkrēslu.**

**Lai izvairītos no traumām**
1. Tehniskajam palīglīdzeklim jābūt pilnībā samontētam (pēc pareizas montāžas tam jāizskatās tieši tāpat kā fotoattēlā)
2. Pirms lietošanas ir jāpārbauda tehniskā palīglīdzekļa stabilitāte.
3. Abi rokturi (1) jānovieto tādā pašā augstumā.
4. Izmantojiet tehnisko palīglīdzekļu tikai uz plakanas, cietas virsmas. Nelietojiet to uz kāpnēm!
5. Esiet īpaši piesardzīgi, ja virsma ir mitra vai slidena.
6. Pārvietojoties, pievērsiet īpašu uzmanību paklājiem, apģērbiem, rotaļlietām un citiem priekšmetiem uz grīdas, kā arī dzīvniekiem, nelīdzenām virsmām, plaisām, nelīdzenām ietvēm, ceļa apmalēm u. c.
7. Tehniskais palīglīdzeklis vienmēr jātur ar abām rokām! Rokturi (1) ir jātur stabili ar iespēju jebkurā brīdi ātri saspiest bremzes (2). Neatteicas uz AR-020 un AR-021.
8. Tehnisko palīglīdzekli nedrīkst pakļaut ilgtermiņa ekstremāliem laika apstākļiem (piemēram, ļoti spēcīgām salnām vai saules staru tiešai ietekmei).
9. Tehniskais palīglīdzeklis nedrīkst būt pārslogots, pārsniedzot ražotāja atļauto maksimālo slodzi.
10. Nedrīkst pārsniegt maksimālo pieļaujamo slodzi grozā vai somā (3).
11. Pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu.
12. **Modelis AR-022 — nekad nestāviet uz kāju balsta. Tas ir bīstami!**

**Tehniskās apkopes norādījumi**
Tehniskais palīglīdzeklis regulāri jātīra, izmantojot tikai ūdeni un vieglus mazgāšanas līdzekļus. Tehniskais palīglīdzeklis jānoslauka ar mīkstu drānu. Nelietojiet abrazīvus produktus un abrazīvus tīrīšanas sūkļus! Bremžu troses, riteņi, rokturi ir pakļauti nodilumam. Tie ir jāaizstāj ar jauniem, ja tiek konstatēts, ka tie ir pārmērīgi nodiluši. Par šo detaļu stāvokli ražotājs un ražotāja pārstāvis neatbild. Jebkurš vaļīgums skrūvju savienojumos un bremzēs ir arī lietotāja atbildībā un nav pamats sūdzībām.

**Tehniskās apkopes grafiks**
- **Ik nedēļu.** Pārbaudiet bremžu darbību. Pārliecinieties, ka riteņi ir stabili pieskrūvēti.
- **Periodiski.** Pārbaudiet rokturi nodilumu. Pārliecinieties, ka rāmja, priekšējās un aizmugurējās ass skrūves ir pievilkta. Pārbaudiet citu elementu nodilumu.

**Problēmu risināšana**
Problēmu gadījumā, lūdzu, izlasiet šo sadaļu. Ja tas nepalīdz, lūdzu, sazinieties ar tirdzniecības vai apkalpošanas punktu. Pašremonts ir aizliegts, jo tas var būt bīstami.

**I. Tehniskais palīglīdzeklis nav stabils.**
a. Vai abi rokturi (1) ir vienā augstumā? Ja nē, tie būtu jāizveido pareizi.
b. Vai skrūves (6) ir stingri pieviktas? Ja nē, tie tās ir jāpievelk.
c. Vai tehniskais palīglīdzeklis ir pilnībā samontēts? Ja nē, tas jāsamontē un jāpārbauda tā stabilitāte.
d. Vai visi riteņi (5) un (8) ir stingri pievilkti? Ja nē, tos vajadzētu pievilkt stingri.
e. Vai visi atbalsta rāmja elementi (7) ir savstarpēji savienoti? Ja nē, sazinieties ar tirdzniecības vietu. JŪS NEDRĪKSTAT IZMANTOT TEHNISKO PALĪGLĪDZEKLI!

**Incidenti**
Par visiem **nopietniem** incidentiem, kas saistīti ar ierīci, būtu jāziņo ražotājam vai atbildīgajām valsts iestādēm..

**Iznīcināšana kārtību**
Prece, kas nav piemērota turpmākai lietošanai, jāiznīcina saskaņā ar vietējām prasībām.

**Tehniskā palīglīdzekļa lietošanas pārtraukšana**
Redzamu mehānisku bojājumu vai materiāla nodiluma gadījumā pārtrauciet produkta lietošanu.

**Tehniskā palīglīdzekļa elementi**

1. Stumšanas rokturi.
2. Bremzes ar stāvēšanas funkciju.
3. Iepirkumu grozs vai soma.
4. Sēdeklis.
5. Riteņi ar bremzēm.
6. Skrūves vai stiprinājuma pogas.
7. Rāmis.
8. Riteņi, kas griežas (modeļiem AR-020 un AR-021 riteņi negriežas).
9. Kāju balsts. **Uzmanību! Nekad nestāviet uz kāju balsta. Tas ir bīstami!**
10. Muguras atbalsts.
11. Kājas ar gumijas uzgaļiem.

**Sagatavošana lietošanai**
1. Noņemiet atbalstu no kartona vai plastmasas iepakojuma.
2. Pirmkārt, pārbaudiet tehniskā palīglīdzekļa stāvokli saskaņā ar. punktu. Piezīmes un brīdinājumi.
3. Ievietojiet stumšanas rokturus (1) rāmja cauruļos (7). Paskatieties uz tehniskā palīglīdzekļa attēlu.
4. Rokturus (1) piestipriniet pie rāmja (7) tā, lai tos nebija iespējams nejauši vai viegli noņemt
5. Rokturu (1) augstums jāpielāgo lietotāja augumam. Šim nolūkam atskrūvējiet savilcēju (AR-005) vai zvaigznes tipa uzgriezni (AR-006, AR-020, AR-021, AR-022), noņemiet pogas tipa fiksatoru no cauruma (AR-007). Iestatiet nepieciešamo augstumu. Kārtīgi atkal pievelciet skrūves vai ievietojiet pogas tipa fiksatoru caurumā. Atkārtojiet darbību abiem rokturiem (1), tiem ir jābūt vienādā augstumā.
6. Pēc montāžas ir absolūti nepieciešams pārbaudīt bremžu darbību (neattiecas uz AR-020, AR-021). Novietojiet rokas uz stumšanas rokturiem (1), pavelciet bremzes (2) uz augšu ar pirkstiem (2) un pārbaudiet, vai aizmugurējie riteņi bremzē (5). Pēc tam pavelciet bremzes (2) uz leju līdz „klikšķa". Tas ir stāvēšanas funkcija. Nedaudz pabīdot rollatoru uz priekšu, pārliecinieties, ka aizmugurējie riteņi ir nobloķēti.
7. Ielieciet aksesuārus: grozu un paplāti (AR-005, AR-022), somu (AR-007) (3). Paskatieties uz tehniskā palīglīdzekļa attēlu.

**Lai saņemtu precīzus norādījumus par pareizu lietošanu, konsultējieties ar ārstu, fizioterapeitu vai tirdzniecības pārstāvi.**

**Lietošanas pārtraukums vai beigas**
1. Salieciet tehnisko palīglīdzekli, virzot priekšējos un aizmugurējos riteņus/kājas viens pret otru (AR-005, AR-006, AR-020, AR-021, AR-022).
2. Modeļos AR-006, AR-020, AR-021, AR-022 rokturis salikšanai atrodas zem sēdekļa. Lai saliktu rollatoru AR-007, virziet kreisos un labos riteņus viens pret otru, velkot aiz roktura virs sēdekļa.

**Tīrīšana un uzglabāšana**
1. Glabājiet tehnisko palīglīdzekli vietā, kur tas netiks pakļauts mehāniskiem bojājumiem.
2. Netīrumu gadījumā ievērojiet šīs instrukcijas tehniskās apkopes norādījumus.

**PALDIES, KA IZVĒLĒJĀTIES UN IEGĀDĀJĀTIES MŪSU PRODUKTU!**

**Tehniskie dati**

| PARAMETRS | AR-005 | AR-006 | AR-007 | AR-020 | AR-021 | AR-022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rāmis | tērauda | alumīnija | alumīnija | tērauda | alumīnijs-tērauds | alumīnija |
| Rāmja krāsa | zils | sarkans, sudraba, zils | sudraba | zils | pelēks | tumši sarkans |
| Tips | saliekamais | saliekamais | saliekamais | saliekamais | saliekamais | saliekamais |
| Maksimālais. kopējais platums | 61 cm | 59 cm | 62 cm | 49 cm | 59 cm | 60 cm |
| Sēdekļa augstums | 61 cm | 52–60 cm | 56 cm | 52 cm | 49 cm | 54 cm |
| Roktura augstuma regulēšana | 75–98 cm | 94–101 cm | 81–94 cm | 75,5–92 cm | 79–88 cm | 79–91 cm |
| Produkta svars | 9,5 kg | 6 kg | 6,1 kg | 4,5 kg | 4,8 kg | 8,2 kg |
| Maksimālā slodze | 136 kg | 136 kg | 136 kg | 136 kg | 136 kg | 136 kg |
| Aprīkojums | grozs, paplāte | soma | soma | — | — | grozs |

**Simboli**

:

Medicīnas ierīce | Izlasiet lietošanas instrukciju | Ražotājs | Produkts atbilst ES prasībām | Brīdinājums | Partijas Nr. | Ražošanas datums | Pārstrādājams | Atkritumu dalīta savākšana

Original

ARmedical®
HomeCare Line

# INSTRUKCJA OBSŁUGI
# KARTA GWARANCYJNA

## PODPÓRKI REHABILITACYJNE

AR-005
Podpórka rehabilitacyjna
4-kołowa, stalowa,
CLASSIC

AR-006
Podpórka rehabilitacyjna
4-kołowa, aluminiowa,
PRESTIGE

AR-007
Podpórka rehabilitacyjna
4-kołowa, aluminiowa,
DYNAMIC

AR-022
Podpórka rehabilitacyjna
4-kołowa, aluminiowa,
COMFORT

AR-021
Podpórka rehabilitacyjna
dwukołowa,
DELUXE

AR-020
Podpórka rehabilitacyjna
dwukołowa,
STANDARD

**ARMEDICAL Sp. z o.o.**
al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska
tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111
www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl

MD CE

Wydanie 5 z dnia 28.04.2023r.

# INSTRUKCJA OBSŁUGI - PODPÓRKI REHABILITACYJNE

***Szanowni Państwo,***
***dziękujemy za zakup naszego produktu, cenimy sobie zaufanie którym nas obdarzyliście. Dołożyliśmy wszelkich starań aby nasz sprzęt spełniał Państwa oczekiwania, mamy nadzieję, że będzie produktemznacznie ułatwiającym Państwu poruszanie się w domu jak również w codziennych spacerach. Przed użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z niniejsza instrukcją obsługi, należy bezwzględnieprzestrzegać zapisów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, która jednocześnie stanowi kartę gwarancyjną.***

**Przeznaczenie wyrobu:**
Podpórka rehabilitacyjna jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu, z problemami pionizacji lub mających problem z utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia. Wykorzystywany jest również dla utrzymania równowagi w czasie nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie..

**Przeciwskazania:**
Przeciwwskazania do pionizacji, urazy i dysfunkcje kończyn górnych uniemożliwiające wspieranie się na podpórce, zaburzenia koordynacji ruchowej, problemy z błędnikiem, niestabilność kręgosłupa.

**Dane użytkowe:**
Maksymalny ciężar pacjenta zapewniający bezpieczne korzystanie z podpórki – **136 kg**
Maksymalne dopuszczalne obciążenie pojemników na zakupy (koszyk, torba)– **5 kg**

**Uwagi i ostrzeżenia:**
W celu uniknięcia wypadku prosimy o:
1. Sprawdzenie czy wszystkie elementy ramy (7) są proste, nie nadłamane, uszkodzone (np. w transporcie)
2. Sprawdzenie czy obydwie rączki/uchwyty do pchania podpórki (1) ustawione są na tej samej wysokości
3. Sprawdzenie czy rączki/uchwyty (1) podpórki są mocno „zaciśnięte", przykręcone, uniemożliwiając ich wyjęcie
4. Sprawdzenie czy podpórka posiada wszystkie cztery koła (5) i (8) – AR-020 – 2 koła.
5. Sprawdzenie czy koła są solidnie przykręcone (5) i (8)
6. Sprawdzenie czy wszystkie elementy ramy podpórki są stabilnie ze sobą połączone (7)
7. Sprawdzenie czy podpórka jest całkowicie rozłożona
8. Nie rozkładanie podpórki w miejscach, gdzie może być ślisko np. rozlana ciecz, lód
9. **Nie należy traktować podpórki jako wózek inwalidzki – dotyczy modelu AR-022**

**W celu uniknięcia urazów:**
1. Podpórka musi być całkowicie rozłożona (po prawidłowym rozłożeniu musi wyglądać dokładnie jak na zdjęciu)
2. Niezbędne jest każdorazowe sprawdzenie stabilności podpórki przed użyciem
3. Uchwyty (rączki do pchania) (1) muszą być ustawione na tej samej wysokości
4. Używać podpórki tylko na płaskim, twardym podłożu. Nie używać na schodach!
5. Zachować szczególną ostrożność na mokrej, śliskiej powierzchni.
6. Przy poruszaniu się należy szczególnie uważać na leżące dywaniki, części garderoby, zabawki itp., jak również leżące zwierzęta, nierówne, popękane powierzchnie, nierówności chodników, krawężniki itp.
7. Każdorazowo podpórka musi być trzymana oburącz! Dłonie stabilnie obejmujące uchwyty (1), możliwość szybkiego pociągnięcia za uchwyty hamulca (2). (nie dotyczy AR-020, AR-021)
8. Podpórka nie może być narażona na długotrwałe działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych (np. bardzo silny mróz lub bezpośrednie silne działanie promieni słonecznych)
9. Nie wolno przeciążać podpórki, przekraczać maksymalnego obciążenia dopuszczalnego przez producenta.
10. Nie wolno przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia koszyka/torby (3)
11. Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.
12. **Model AR-022 – NIGDY NIE NALEŻY STAWAĆ NA PODNÓŻKU. GROZI WYPADKIEM!**

**Sposób konserwacji:**
Podpórkę należy czyścić regularnie używając tylko i wyłącznie wody i łagodnych detergentów. Podpórkę należy wytrzeć / osuszyć delikatną szmatką. Nie wolno używać środków ściernych! Linki hamulcowe, elementy (koła, rączki) są elementami zużywalnymi i muszą być wymieniane na nowe w sytuacji stwierdzenia ich nadmiernego zużycia. Wyżej wymienione elementy nie podlegają gwarancji. Ewentualne luzy na połączeniach śrubowych oraz regulacje hamulców spoczywają na użytkowniku i nie stanowią podstawy do reklamacji.

**Harmonogram konserwacji:**
**Co tydzień** Sprawdź hamulec pod kątem awarii, sprawdź wszystkie koła pod kątem poluzowanych śrub, nakrętek i osi
**Cyklicznie** Sprawdź uchwyty pod kątem zużycia, sprawdź, czy śruby ramy są dokręcone, sprawdź, czy śruba przedniej i tylnej osi są dokręcone, sprawdź „zmęczenie" elementów pod kątem zużycia lub pęknięć.

**Rozwiązywanie problemów:**
W przypadku wystąpienia problemów prosimy przeanalizować niniejszy rozdział. Jeśli to nie pomoże prosimy o kontakt z punktem sprzedaży lub serwisem. Samodzielne naprawianie podpórki jest ZABRONIONE!!! Grozi to wypadkiem.

**I. Podpórka nie jest stabilna.**
a. Czy obydwie rączki podpórki (1) są na tej samej wysokości? Jeśli nie, należy je prawidłowo ustawić.
b. Czy zaciski/śruby (6) są solidnie zaciśnięte/dokręcone? Jeśli nie, należy je zacisnąć/dokręcić.
c. Czy podpórka jest całkowicie rozłożona? Jeśli nie, należy ją rozłożyć i sprawdzić jej stabilność.
d. Czy wszystkie koła (5) i (8) są solidnie dokręcone? Jeśli nie, należy dobrze je dokręcić.
e. Czy wszystkie elementy ramy podpórki (7) są solidne ze sobą połączone? Jeśli nie, należy skontaktować się z punktem sprzedaży. NIE WOLNO UŻYWAĆ PODPÓRKI!!!

**Incydenty:**
Każdy **poważny** incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

**Utylizacja:**
Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

**Zaprzestanie używania wyrobu:**
W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

## ELEMENTY SKŁADOWE / UŻYTKOWE

1. Rączki / Uchwyty do pchania
2. Uchwyty hamulca z funkcją postojową
3. Koszyk / torba na zakupy
4. Siedzisko
5. Koła z hamulcem
6. Zaciski / Śruby / Zatrzaski rączek
7. Rama
8. Koła skrętne (stałe AR-020, AR-021)
9. Podnóżek
10. Oparcie
11. Stopki gumowe

**Przygotowanie do użycia**

1. Wyjąć podpórkę z opakowania kartonowego lub foliowego.
2. W pierwszej kolejności należy sprawdzić stan techniczny podpórki zgodnie z pkt. Uwagi i ostrzeżenia.
3. Uchwyty, rączki do pchania (1) włożyć w otwory znajdujące się w ramie (7). Patrzeć na rys. wyżej.
4. Uchwyty, rączki do pchania (1) zacisnąć/przykręcić do ramy (7) w sposób uniemożliwiający ich wyjęcie
5. Należy dopasować wysokość podpórki, rączek do pchania (1) do wzrostu użytkownika, w tym celu należy wykręcić/wyjąć zacisk (AR-005) śrubę (AR-006, AR-020, AR-021, AR-022), zatrzask ( (AR-007) (6) znajdujący się w ramie (7). Ustawić poprzez rozsuwanie lub zsuwanie wymaganą wysokość. Ponownie włożyć śrubę/ zatrzask w istniejący otwór w ramie, dokręcić / zacisnąć. Czynność powtórzyć dla obydwu rączek podpórki. Rączki dopchania (1) muszą znajdować się na tej samej wysokości.
6. Po rozłożeniu należy bezwzględnie sprawdzić poprawność działania hamulców (nie dotyczy AR-020, AR-021). Należy położyć dłonie na uchwytach (1), palcami podciągnąć rączki hamulców ku górze (2) a następnie sprawdzićczy dociski blokują koła z hamulcami (5). Dodatkowo po przeprowadzonym teście uchwyty hamulców (2) należy pchnąć palcami maksymalnie ku dołowi do momentu „kliknięcia" zatrzasku. Hamulec powinien znajdować się w pozycji postojowej a następnie sprawdzić popychając lekko balkonik do przodu czy koła są zablokowane.
7. Założyć koszyk, tacę (AR-005, AR-022), torbę (AR-007) (3). Patrzeć na rys. wyżej.

**Ewentualnie w celu uzyskania dokładnych instrukcji dotyczących odpowiedniego użytkowania należy skonsultować się z lekarzem, rehabilitantem lub punktem sprzedaży.**

**Zakończenie użytkowania:**

1. Złóż podpórkę zsuwając koła przednie i koła tylne/ nogi ku sobie (AR-005, AR-006, AR-020, AR-021, AR-022).
2. W modelu AR-006, AR-020, AR-021, AR-022 uchwyt do składania znajduje się pod siedziskiem. Złóż podpórkę(AR-007) zsuwając koła prawe i lewe ku sobie ciągnąc za uchwyt w siedzisku.

**Czyszczenie i przechowywanie:**

1. Postaw podpórkę w miejscu gdzie nie będzie narażona na uszkodzenia mechaniczne.
2. W przypadku zabrudzeń zastosuj się do punktu „Sposób konserwacji" niniejszej instrukcji.

## DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU

**Dane Techniczne:**

| PARAMETR: | AR-005 | AR-006 | AR-007 | AR-020 | AR-021 | AR-022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rama: | stalowa | aluminiowa | aluminiowa | stalowa | aluminiowo-stalowa | aluminiowa |
| Kolor ramy: | niebieski | bordowy, srebrny, niebieski | srebrny nikiel | niebieski | grafitowy | bordowy |
| Typ/model: | składany | składany | składany | składany | składany | składany |
| Max. szerokość całkowita: | 61 cm | 59 cm | 62 cm | 49 cm | 59 cm | 60 cm |
| Wysokość siedziska: | 61 cm | 52-60 cm | 56 cm | 52 cm | 49 cm | 54 cm |
| Regulacja wysokości rączek: | 75-98 cm | 94-101 cm | 81-94 cm | 75,5-92 cm | 79-88 cm | 79-91 cm |
| Waga produktu: | 9,5 kg | 6 kg | 6,1 kg | 4,5 kg | 4,8 kg | 8,2 kg |
| Maksymalne obciążenie: | 136 kg | 136 kg | 136 kg | 136 kg | 136 kg | 136 kg |
| Wyposażenie: | koszyk, tacka | pojemnik siatkowy | torba | - | - | koszyk |

**SYMBOLE:**

| MD | | | CE | | LOT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyrób medyczny | Zapoznaj się z instrukcją | Producent | Wyrób spełnia wymagania UE | Ostrzeżenie | Nr dato / serii | Data produkcji m-c/rok | Nadaje się do recyklingu | Selektywna zbiórka odpadów |

## KARTA GWARANCYJNA

**Do karty należy bezwzględnie dołączyć dowód zakupu**

| | | |
|---|---|---|
| **Data sprzedaży** | **Pieczęć i podpis sprzedawcy** | |
| **Nr faktury zakupu** | | |
| **Nr LOT** | **Okres gwarancji** | ..... |
| **Nazwa i nr katalogowy produktu** | **Czy wyrób zostaje wprowadzony do systemu refundacji ze środków publicznych?** | *niewłaściwe skreślić<br>**TAK / NIE*** |
| | **Numer ewidencyjny zlecenia**<br>..... | |

1. Firma ARMEDICAL Sp. z o.o. 42-520 Dąbrowa Górnicza, al. Zwycięstwa 75 udziela niniejszym zwyczajowo 12-miesięcznej gwarancji na produkty objęte niniejszym dokumentem. W przypadku wprowadzenia produktu do systemu refundacji ze środków publicznych producent udziela 30 miesięcznego okresu gwarancji. Okres gwarancji liczony jest od dnia zakupu produktu przez Użytkownika. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia produktu do prawidłowego funkcjonowania w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
3. ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu na wolny od wad, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezzwłocznie skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu lub wysłać na adres producenta.
5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych. Gwarancja nie obejmuje przedmiotu sprzedaży w zakresie elementów zużywalnych w toku normalnej eksploatacji, elementów plastikowych i gumowych (tj. ścieranie się kół, uchwytów z tworzywa/pianki)
6. Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania podpórki niezgodnie z jej przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją obsługi a także w przypadku przekroczenia przez użytkownika maksymalnego dopuszczalnego obciążenia określonego przez producenta (dot. konstrukcji podpórki, tac oraz toreb na zakupy)
7. Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych na skutek samowolnych, dokonywanych przez Użytkownika lub inne osoby nieupoważnione napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych w wyrobie.
8. **Gwarancja jest ważna tylko i wyłącznie z dowodem zakupu i niniejszą kartą gwarancyjną.**
9. Reklamację należy zgłaszać tylko i wyłącznie w formie pisemnego protokołu reklamacyjnego określającego rodzaj stwierdzonych wad wraz z okolicznościami ujawnienia się wady. W przypadku nie dochowania warunków zgłaszania reklamacji określonych w niniejszej instrukcji wyłącza odpowiedzialność gwaranta. **Reklamowany wyrób musi być w należytym stanie higienicznym.**

MD CE