

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

STAIGULIS AR ČETRIEM RITEŅIEM BERLIN RF-626



I. IEVADS

Cienijamais pircēji!

Paldies, ka izvēlējāties Polijas vadošā medicīnas un rehabilitācijas preču piegādātāja REHA FUND Sp. z o.o. produktu.

Lietošanas pamācībā ir sniegti norādījumi un ieteikumi, kuru zināšana ir nepieciešama pareizai izstrādājuma lietošanai.



UZMANĪBU! Pirms izstrādājuma lietošanas iepazīstieties ar lietošanas pamācību. Ražotājs neatbild par izstrādājuma nepareizu lietošanu, drošas lietošanas noteikumu neievērošanu vai izstrādājuma izmantošanu neatbilstoši paredzētajam pielietojumam.

II. PRODUKTA APRAKSTS

Izstrādājuma komplektācijā ietilpst rāmis, sēdekļis, riteņi, regulējams muguras atbalsts un soma lietu glabāšanai. Staigulja rāmis ir izgatavots no izturīgas alumīnija caurules.

Kataloga Nr.:

RF-626

Maksimālā slodze:

136 kg

Augstuma regulēšana:

46,5–56,5 cm

Maksimālais platums:

45,5 cm

Svars:

9,1 kg

Izmēri nesadalītā veidā:

720x645x830 mm

IZMANTOTO MATERIĀLU SARAKSTS

Rāmis	alumīnijs
Rokturis	Termoplastisks elastomērs (TPE)
Riteņi	Termoplastisks elastomērs (TPE)

STAIGUĻA ELEMENTI

Staigulja elementu aprakstu skat. 1. att.



1. Bremze
2. Sēdekļis
3. Caurule augstuma regulēšanai
4. Aizmugurējie riteņi
5. Muguras atbalsts
6. Soma
7. Priekšējie riteņi
8. Rokturis

1. att.

KRĀSA

Staigulis ir pieejams zilā un grafiņa krāsā.

III. PAREDŽĒTAIS PIELIETOJUMS

Staigulis ir paredzēts cilvēkiem ar ierobežotām kustību spējām, kuriem ir nepieciešams atbalsts piecelšanās, stāvēšanas un staigāšanas laikā. Tas ļauj patstāvīgi veikt lielāko daļu ikdienas darbību.

Piemērots lietošanai iekšējās un ārpus telpām.

IV. MĒRĶA GRUPA

Staigulja galvenā mērķa grupa ir:

- Vecāka gadagājuma personas, seniori, kuriem pārvietošanās sagādā grūtības vecuma, muskuļu vājuma, līdzsvara traucējumu vai hronisku slimību dēļ (Parkinsons, artrīts).
- Personas pēc traumām vai operācijām, īpaši apakšējo ekstremitāšu, mugurkaula vai gūžas operācijām, lai kompensētu pagaidu kustību - atbalsta disfunkciju rehabilitācijas laikā.
- Personas ar īpašām vajadzībām, piemēram, cilvēki, kas sirgst ar cerebrālo trieku, multiplo sklerozi vai citām neiroloģiska rakstura slimībām.
- Pacienti, kuri medicīnisko rehabilitāciju saņem ambulatori vai mājās, no jauna mācoties staigāt vai nostiprinot stabilitāti.
- Personas ar hroniskām reimatisķām slimībām, kurām ir grūtības pārvietoties vai ierobežota kustību amplitūda.

V. KONTRINDIKĀCIJAS

1. Ja cilvēks nespēj noturēt līdzsvaru.
2. Nepietiekams rokas muskuļu spēks, kas var izraisīt kritienu vai locītavu pārslodzi.
3. Apziņas un uztveres (percepcijas) traucējumi.
4. Progresējoša neiroloģiska slimība ar nekontrolētiem kustību traucējumiem, piemēram, spēcīgu roku trīci, spontānu kontrakciju, kas var izraisīt kontroles zudumu.
5. Ortopēdiska rakstura traucējumi, kas novērš vertikalizāciju, piemēram, smaga kāju deformācija, gūžu vai ceļa locītavu nestabilitāte.
6. Neapmierinošs vispārējais veselības stāvoklis, piemēram, paaugstināta temperatūra, stipras sāpes, galvas reibonis, nespēks, auss iekšējās daļas traucējumi, redzes traucējumi.

VI. NEVĒLAMA IETEKME

Lai gan staigulis ir palīgierīce mobilitātes atbalstam, nepieciešams ņemt vērā iespējamo nevēlamo ietekmi vai risku, kas saistīts ar nepareizu ierīces izmantošanu. Iespējamie riski:

- Pakļupšanas vai kritiena risks, ja lietotājs nepareizi novieto staiguli, nepielāgo to vajadzīgajam augstumam, pārvieto pārāk ātri vai izmanto uz nelīdzenes virsmas.
- Pārmērīga slodze plaukstas locītavām, pleciem un mugurai ilgstošas lietošanas rezultātā, ja staigulis nav piemērots lietotāja augumam.
- Nepareiza ķermeņa poza var radīt muguras vai muskuļu sāpes, ja lietotājs pārmērīgi noliecas pār ierīci.
- Plaukstu nobrāzumam vai traumas, ilgstoši atbalstoties uz stumšanas rokturiem.

VII. BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

1. Neizmantojiet staiguli uz stāvas virsmas vai nelīdzenes teritorijas bez nepieciešamajiem drošības pasākumiem. Tas var novest pie līdzsvara zuduma vai nekontrolētas ripošanas.
2. Nesēdieties uz sēdekļa, nenofiksējot bremzes.
3. Nekariet smagus priekšmetus uz stumšanas rokturiem. Tas var veicināt ierīces nestabilitāti un apgāšanos.
4. Pirms lietošanas pielāgojiet stumšanas rokturu augstumu lietotāja augumam.
5. Vienmēr pārbaudiet staigulja tehnisko stāvokli.
6. Ievērojiet piesardzību, lietojot staiguli uz sliekšņiem, apmalēm un kāpnēm.
7. Nepārsniedziet maksimālo slodzi 136 kg.

VIII. VISPĀRĪGI DROŠAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Lai nodrošinātu drošību, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.

1. Pirms staigulja lietošanas vienmēr pārliecinieties, ka atločītā stāvoklī tas ir pareizi nofiksēts.
2. Nepārsniedziet maksimālo lietotāja slodzi.
3. Nepārvadājiet grozinā priekšmetus, kas stipri izvirzās ārpus tā malām, jo tas var ietekmēt staigulja stabilitāti.
4. Izmantojot staiguli, vienmēr ievērojiet īpašu piesardzību. Izvairieties no jebkādiem iespējamiem apdraudējumiem, tādām kā nelīdzenes vai mikstas virsmas, šķēršļi uz ceļa, slapja grīda u. tml.
5. Izmantojiet tikai oriģinālos piederumus. Neoriģinālu daļu izmantošana var izraisīt nepareizu staigulja pielāgošanu, kā rezultātā rodas kritiena risks.

6. Neizmantojiet staiguli vidē ar augstu mitruma līmeni (duša, peldbaseins u.tml.), jo tas var izraisīt komponentu koroziju, radot neatgriezeniskus ierīces bojājumus.
7. Neizmantojiet staiguli, kāpjot pa kāpnēm vai eskalatoriem.
8. Neuzglabājiet staiguli temperatūrā, kas zemāka par 0°C. Nepakļaujiet staiguli ilgstošai augstas temperatūras iedarbībai (virs 40°C), jo tas var izraisīt komponentu pārkaršanu un apdegumu risku lietotājam.
9. Vienmēr ievērojiet minimālo un maksimālo pieļaujamo bīdāmo cauruļu augstumu.
10. Nekariet somas vai maisiņus uz stumšanas rokturiem - staigula apgāšanās risks.
11. Uz stāvēšanas virsmām vienmēr izmantojiet galveno bremzi.
12. Nekad neizmantojiet salocītu staiguli pārvietošanās nolūkiem.
13. Pārāk spēcīga atbalstīšanās uz stumšanas rokturiem var sasvērt staiguli uz aizmuguri.
14. Staigula izmantošana citiem mērķiem, kas nav staigāšana, piemēram, smagu kravu transportēšanai, ir neatbilstoša un bīstama.
15. Neizmantojiet staiguli kā ratīnkrēsla aizstājēju.
16. Par visiem nopietniem incidentiem saistībā ar ierīci jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā dzīvo lietotājs vai pacients.



UZMANĪBU! Iepriekš minēto drošas lietošanas noteikumu neievērošana var izraisīt nopietnus nelaimes gadījumus.



UZMANĪBU! Konsultējieties ar ārstu vai rehabilitācijas speciālistu par atbilstoša staigula un piederumu izvēli, kā arī lietošanas veidu, pielāgojot to savām funkcionālajām spējām un ikdienas aktivitātēm.



UZMANĪBU! Tālāk sniegtais norādījums ir ražotāja ieteikums. Nepieciešama ārsta vai rehabilitācijas speciālista konsultācija.

IX. LIETOŠANAS VEIDS

STAIGULA SALOCĪŠANA UN ATLOCĪŠANA

Atlocīšana:

1. Uzstādiet stumšanas rokturi - ievietojiet rokturi stiprinājuma iekšējā caurulē labajā un kreisajā pusē, pielāgojot to lietotāja augumam.
2. Nofiksējiet, izmantojot pagriežamo pogu vai spiedpogu ar atsperes mehānismu.
3. Paceliet sēdekli un ievietojiet tajā savienozošo stieni, lai salocītu staiguli.
4. Nepieciešamības gadījumā piesitiet somu.

Stāvbremze:

Īslaicīga apturēšana - nospiediet un stingri pieturiet bremžu rokturi, lai nobremzētu.

Stāvbremze - uzlieciet roku uz bremžu roktura un salieciet to uz leju. "Klikšķa" skaņa liecina, ka stāvbremze ir aktivizēta. Lai atbrīvotu stāvbremzi, pavelciet rokturi uz augšu, līdz atkal atskan "klikšķis".

X. TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

1. Ieteicams regulāri pārbaudīt staiguli, lai pārliecinātos, ka tam nav redzamu bojājumu vai nodiluma pazīmju. Regulāri pārbaudiet, vai:
 - uz rāmja nav radušies plīsumi vai izliekumi;
 - skrūves ir pareizi pievilkta;
 - bloķēšanas pogas pareizi nofiksē stumšanas rokturu augstumu;
 - bremžu troses nav saplaisājušas;
 - bremzes ir pareizi noregulētas;
 - nekādi citi staigula elementi nav vaļīgi vai bojāti.
2. Ieteicams regulāri tīrīt staiguli ar mīkstu lupatiņu un ziepjūdeni. Pēc tīrīšanas staiguli jānosusina ar mīkstu lupatiņu.



UZMANĪBU! Staigula tīrīšanai nedrīkst izmantot šķīdinātājus, balinātājus vai abrazīvus līdzekļus.



UZMANĪBU! Ja rodas jebkādas šaubas par ierīces piemērotību lietošanai, sazinieties ar ražotāja servisa centru.

XI. GLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

Glabāšanas un transportēšanas laikā jāņem vērā lietotāja drošība un ērtums. Glabāt sausā un tīrā telpā ar labu ventilāciju. Neuzglabāt karstuma avotu, mitruma, saules starojuma un ķīmisku vielu tuvumā.

Uzglabāšanas temperatūra: no -10°C līdz +50°C.

Lietošanas temperatūra: no 0°C līdz +40°C

Maksimālais relatīvais mitrums lietošanas laikā ir 80%, bez kondensācijas, bet relatīvais gaisa mitrums uzglabāšanas telpā no 30% līdz 75%.

Transportēšana:

Pārvadāt horizontāli vai atbilstoši norādījumiem uz iepakojuma ("augšpuse/apakšpuse"), oriģinālajā iepakojumā.

Izvairoties ko smagus priekšmetu novietošanas uz staigulja. Staigulja kustīgās daļas transportēšanas laikā ir jānodrošina pret pārvietošanos.

XII. KALPOŠANAS LAIKA BEIGAS

Ja, pārbaudot produktu, atbilstoši ražotāja sniegtajiem norādījumiem, tiek konstatētas jebkāda veida neatbilstības, skat. lietošanas pamācības punktu: Tīrīšana un kopšana — nekavējoties pārtrauciet izstrādājuma lietošanu. Pēc lietošanas beigām utilizēt saskaņā ar vides aizsardzības tiesību aktu prasībām.

XIII. PAREDZĒTAIS PRODUKTA KALPOŠANAS LAIKS

Paredzētais staigulja lietošanas laiks ir 2 gadi. Šis laiks var būt ilgāks vai īsāks, atkarībā no izstrādājuma lietošanas biežuma un kopšanas.

XIV. GARANTĪJA

Ražotājs apliecina klientam, ka pārdotā prece ir jauna un augstas kvalitātes. Produktam tiek nodrošināta garantija (garantijas noteikumus skat. ražotāja tīmekļa vietnē).

XV. SIMBOLU ATŠĪFRĒJUMS

	Ražotājs		Bīdāmā daļa
	CE atbilstības marķējums		Partijas numurs
	Kataloga numurs		Daudzums
	Modeļa numurs		Augšpuse, neapgriezta.
	Ražošanas datums		Sargāt no mitruma
	Skatīt lietošanas pamācību		Trausls, rīkoties uzmanīgi
	Medicīniskā iekārta		Ierīces unikālais identifikators



REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14,
03 – 310 Varšava, Polija (Poland)
e-pasts: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl



I/RF-626/1/25.06.2025.
Lietošanas pamācības izdošanas datums:
06.2025., 1. izdevums.